# PREMIÈRE RÉPONSE®
Test précoce DE GROSSESSE

Test pour la détection
de la grossesse à domicile

## MODE D'EMPLOI

**VEUILLEZ LIRE TOUS LES RENSEIGNEMENTS DE CE FEUILLET AVANT DE FAIRE LE TEST.**
Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur le carton. Entreposer dans un endroit sec sous 30 °C (86°F). Ne pas congeler. Garder hors de la portée des enfants.
**Pour utilisation diagnostique in vitro. Ne pas avaler.**
**SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS DÉSIREZ DISCUTER DE VOS RÉSULTATS, COMPOSEZ LE 1-800-268-3186** au Canada pour parler à un(e) infirmier(ère) licencié(e) jour et nuit, 7 jours par semaine.

**Quand utiliser le test de grossesse à résultat précoce PREMIÈRE RÉPONSE®**

Le test de grossesse à résultat précoce PREMIÈRE RÉPONSE® est si sensible que la plupart des femmes ont assez d'hormone de grossesse, la GCh (gonadotropine chorionique humaine), pour que le test la décèle aussi tôt que **cinq** jours avant la date prévue de leurs règles. Par exemple, si vous attendez vos règles le **21e** jour du mois, vous pouvez passer le test dès le **16e** jour du mois. Vous pouvez utiliser le test de grossesse à résultat précoce de grossesse PREMIÈRE RÉPONSE® à n'importe quel moment de la journée. Vous n'avez pas à utiliser la première urine du matin. Toutefois, votre première urine du matin contient généralement le plus haut taux d'hormone de grossesse.

## MODE D'EMPLOI

- Retirez le test de l'emballage en papier d'aluminium et enlevez **le capuchon**.

Capuchon — Tige absorbante — Fenêtre de résultat — Prise pour le pouce

### ÉTAPE 1

**SOIT**

- En tenant le test par **la prise pour le pouce**, pointez **la tige absorbante** vers le bas, et dirigez **la fenêtre de résultat** de l'autre côté par rapport à votre corps, **placez la tige absorbante** dans le jet de votre urine pendant 5 secondes seulement.

**OU**

- Vous pouvez aussi recueillir votre urine dans un récipient sec et propre et **immerger la tige absorbante** au complet dans l'urine pendant 5 secondes seulement.

### LECTURE DU RÉSULTAT – LISEZ VOTRE RÉSULTAT AU BOUT DE 3 MINUTES

### ÉTAPE 2

- **La tige absorbante** pointant toujours vers le bas, replacez **le capuchon*** et posez le test sur une surface plane, **la fenêtre de résultat** dirigée vers le haut.
- Vous ne tarderez pas à voir une couleur rose se déplacer à travers **la fenêtre de résultat** pour indiquer que le test fonctionne.
- Attendez 3 minutes avant de lire les résultats.

*Il n'est pas nécessaire de replacer le capuchon pour que le test soit valide.

### ÉTAPE 3

**ENCEINTE**
DEUX LIGNES ROSES dans la **fenêtre de résultat**
Une ligne peut être plus pâle que l'autre.
L'aspect des résultats peut varier.

**PAS ENCEINTE**
UNE SEULE LIGNE ROSE dans la **fenêtre de résultat**

## QUESTIONS & RÉPONSES

**Q: Comment le test fonctionne-t-il?**
**R:** Le test de grossesse à résultat précoce PREMIÈRE RÉPONSE® décèle l'hormone que votre corps fabrique durant la grossesse, la GCh ou gonadotrophine chorionique humaine. Le test de grossesse à résultat précoce PREMIÈRE RÉPONSE® est tellement sensible qu'il peut déceler la GCh (gonadotrophine chorionique humaine) aussi tôt que 5 jours avant la date prévue de vos menstruations. La quantité d'hormone de la grossesse augmente à mesure que la grossesse progresse. Au cours de tests cliniques, le test de grossesse à résultat précoce PREMIÈRE RÉPONSE® a décelé des taux d'hormone chez 62% des femmes 5 jours avant la date prévue de leurs menstruations, chez 78% des femmes 4 jours avant la date prévue de leurs menstruations, chez 87% des femmes 3 jours avant la date prévue de leurs menstruations et chez 98% des femmes 2 jours avant la date prévue de leurs menstruations.

**Q: Que faire si le résultat est positif (enceinte)?**
**R:** Rappelez-vous que ce test n'est pas conçu pour remplacer le diagnostic du médecin. Un test positif (enceinte) indique la présence de l'hormone de grossesse (GCh). Voyez votre médecin pour confirmer que vous êtes enceinte.

**Q: Que faire si le résultat est négatif (pas enceinte)?**
**R:** Vous n'êtes probablement pas enceinte, ou c'est peut-être trop tôt. Si vous n'avez pas vos règles dans les sept jours qui suivent, vous devriez refaire un autre test de grossesse à résultat précoce PREMIÈRE RÉPONSE®. Il est possible que vous ayez mal calculé la durée de votre cycle ou que votre urine ne contienne peut-être pas assez d'hormone de grossesse pour donner un résultat positif. Si vous refaites le test, encore une fois sans déceler de GCh, et que vos règles ne sont pas encore apparues, vous devez voir le médecin.

**Q: Quel est le degré de précision du test?**
**R:** Au cours d'études en laboratoire du test de grossesse à résultat précoce PREMIÈRE RÉPONSE® en utilisant des échantillons d'urine prélevés chez des femmes enceintes et non enceintes, la précision était à 99% pour déceler l'hormone de la grossesse. Cependant, certaines femmes enceintes peuvent ne pas avoir des quantités décelables de l'hormone de la grossesse dans leur urine le premier jour prévu de leurs menstruations ou peuvent avoir mal calculé le premier jour de leurs menstruations.

**Q: J'ai attendu plus de 3 minutes et il n'y a toujours pas de lignes dans la fenêtre de résultat. Que se passe-t-il?**
**R:** Votre résultat doit apparaître dans les 3 minutes. Il devrait y avoir au moins une ligne rose dans la **fenêtre de résultat** à 3 minutes pour indiquer que le test est terminé et que vous l'avez effectué correctement. Sinon le test est invalide. Cela pourrait être dû à une quantité insuffisante d'urine sur la **tige absorbante** ou au fait que vous n'avez pas maintenu la **tige absorbante** pointée vers le bas en replaçant le **capuchon**. Vous devriez refaire un test en suivant toutes les directives attentivement.

**Q: Le résultat changera-t-il si on laisse la tige reposer durant une certaine période de temps?**
**R:** Il faut lire le résultat du test aussitôt que possible après avoir attendu les 3 minutes. Un résultat positif durera au moins 48 heures. Un résultat négatif ne devrait pas être lu après 10 minutes.

**Q: Y a-t-il des médicaments ou drogues qui peuvent altérer le test?**
**R:** Seuls les médicaments contenant l'hormone de la grossesse (GCh) peuvent altérer le résultat (par exemple Profasi[1]). Le test ne devrait pas être altéré par les traitements hormonaux contenant du citrate de clomiphène (par exemple Clomid[2] et Serophene[3]), l'alcool, les antibiotiques ou les contraceptifs.

**SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS DÉSIREZ DISCUTER DE VOS RÉSULTATS,**
**COMPOSEZ LE 1-800-268-3186** au Canada pour parler à un(e) infirmier(ère) licencié(e) jour et nuit, 7 jours par semaine.
Visitez-nous au **www.1stresponse.ca**

**Pour augmenter vos chances d'une grossesse en santé pour vous et votre bébé, vous devriez penser à ce qui suit:**
- Maintenir une alimentation bien équilibrée
- Arrêter de fumer
- Évitez les boissons alcooliques

La période entre la conception et la fin des trois premiers mois de grossesse est la période la plus importante. Vous devez consulter votre médecin régulièrement tout au long de votre grossesse pour obtenir des conseils appropriés sur les soins et l'alimentation.

**Vous essayez de devenir enceinte…**

Plusieurs femmes ignorent que leurs jours les plus fertiles sont les jours immédiatement avant l'ovulation (lorsque l'ovaire libère un ovule devant être fertilisé par le sperme). Pour devenir enceinte plus tôt, vous devez vous familiariser avec votre cycle d'ovulation. Le **test d'ovulation facile à lire PREMIÈRE RÉPONSE®** est un test en une étape, effectué à domicile, conçu pour prédire l'ovulation en surveillant les changements dans vos taux d'hormone. À l'aide du **test d'ovulation facile à lire PREMIÈRE RÉPONSE®**, vous pouvez déterminer vos jours de plus grande fertilité et devenir enceinte plus tôt.

Fab. par: Church & Dwight Co., Inc.
469 North Harrison Street, Princeton, NJ 08543-5297 USA.
Distribué par :
**Church & Dwight Canada Corp.**
**Mississauga, ON Canada L5S 0A5**

**PREMIÈRE RÉPONSE** et le logo **PREMIÈRE RÉPONSE** sont des marques déposées de Church & Dwight Co., Inc.
**1** Profasi est une marque déposée de Serono Laboratories, Inc.
**2** Clomid est une marque déposée de Sanofi-Aventis.
**3** Serophene est une marque déposée de Serono Laboratories, Inc.